

Instrucciones para el paciente

Cápsuloendoscopia del intestino delgado con PillCam®

Paciente: _____

Fecha del examen: _____

Para garantizar la obtención de los mejores resultados de la cápsuloendoscopia PillCam del intestino delgado, siga todas las instrucciones del médico al pie de la letra.

El día anterior a la cápsuloendoscopia

1. **Comience después del almuerzo la dieta líquida prescrita.**
2. **No coma ni beba** 10 horas antes de la cápsuloendoscopia, salvo en el caso de medicamentos necesarios, que se tomarán con un sorbo de agua.

El día de la cápsuloendoscopia

1. **No tome ningún medicamento** dos horas antes del comienzo del examen.
2. **No aplique en el vientre lociones para el cuerpo ni talco.**
3. **Vista ropa holgada de dos piezas.** La ropa en la parte superior del cuerpo debe ser opaca.
4. **Acuda a la clínica a la hora acordada:** _____

Después de ingerir la cápsula PillCam SB



La duración aproximada de la cápsuloendoscopia es de 8 a 9 horas. Si durante el procedimiento acusa dolor abdominal, náuseas o vómitos, póngase inmediatamente en contacto con el médico.

1. **Podrá beber líquidos incoloros dos horas después** de haber ingerido la cápsula PillCam SB.
2. **Pasadas 4 horas de la ingestión, podrá tomar un pequeño tentempié.** Podrá volver a su dieta normal sólo una vez completado el examen.
3. **Compruebe cada 15 minutos el destello azul del registrador de datos** para asegurarse de que lo hace dos veces por segundo. Si deja de destellar o si cambia de color, anote la hora y póngase en contacto con el médico.
4. **Utilice el *Formulario de eventos de cápsuloendoscopia* que se suministra, detalle los horarios de cada suceso** como por ejemplo, comer, beber o variación de sus actividades. Devuelva el *Formulario de eventos* con todos los datos a su médico al devolver el equipo.
5. Tras ingerir la cápsula y hasta su excreción natural, **manténgase alejado de campos electromagnéticos potentes** como los que producen los equipos de resonancia magnética o de radioaficionados.
6. **No desconecte el equipo ni se quite completamente el cinturón** en ningún momento durante el procedimiento.
7. **Trate al registrador de datos con mucho cuidado:** evite todo movimiento brusco o golpearlo.
8. **Evite exponerlo directamente a la luz solar.**